

FERMENTÁLÓ BERENDEZÉS

Meszlényi Mihály, Zsebik Pál
SZOTE Mikrobiológiai Intézet
6720 Szeged, Dóm-tér 10.

A Mikrobiológiai Intézet házi műhelyében olyan fermentáló berendezés került megépítésre, amelyben baktérium- és gomba-starker kulturák állithatók elő 6-8 literes mennyiségben. A fermentor minden funkciója megfelelően működik a folyamatos üzem alatt, a fűtés 0.5°C pontossággal szabályozott, a keverőmotor nem melegedett és fordulatszáma sem változott. A fermentor megépítésével a biotechnológiai munkák egyik legfontosabb lépése vált biztosítottá azzal, hogy nagy mennyiségű mikroorganizmus tenyésztése vált lehetségessé.

Iktatási száma: 4/1987